



## Viltotas Meditrade ķirurģiskās sejas maskas

Publicēts: 23.02.2021.

[Bridinājumi](#)

[Informācija](#)

Veselības inspekcija informē par Vācijas tirgū konstatēto *Meditrade* ķirurģisko sejas masku viltojumiem.

Vācijas kompetentā institūcija norāda, lai gan maskām ir vienāds nosaukums – *Meditrade Suavel Protec Plus*, tomēr ir konstatētas būtiskas atšķirības oriģinālajā un viltojuma tirdzniecības iepakojumos.

### Atšķirības:

Informācija par ražotāju

Uz viltotajām ķirurģiskajām maskām ir norādīts ražotājs Rösner-Mautby Meditrade GmbH, savukārt uz oriģinālo masku tirdzniecības iepakojuma norādīts ražotājs – Meditrade GmbH.

Informācija uz tirdzniecības iepakojuma

Uz viltoto ķirurģisko masku tirdzniecības iepakojuma nav norādīti uzglabāšanas nosacījumi simbolu veidā un preces svītrkods.

Informācijas novietojums uz tirdzniecības iepakojuma

Vācijas kompetentā iestāde norāda, ka viltotais ķirurģisko masku tirdzniecības iepakojums ir 2013.gada versija.



Iesakām iepazīties ar *Meditrade Suavel Protec Plus* oriģinālo un viltojuma tirdzniecības iepakojumiem!

**Viltotais Meditrade Suavel Protect Plus  
tirdzniecības iepakojums**



**Oriģinālais Meditrade Suavel Protect Plus  
tirdzniecības iepakojums**





Ja konstatēts *Meditrade Suavel Protec Plus* viltojums Latvijas Republikas tirgū, lūgums informēt Veselības inspekcijas Medicīnas ierīču uzraudzības nodaļu zvanot 67081611 vai sūtot e-pastu uz elektronisko adresi [miun@vi.gov.lv](mailto:miun@vi.gov.lv).

<https://www.vi.gov.lv/lv/jaunums/viltotas-meditrade-kirurgiskas-sejas-maskas>